

# Guide för funktionskontroll och rengöring av hjälpmedel





## Bakgrund

Som vårdgivare är Motala kommun skyldiga att tillhanda hålla säkra och väldfungerande hjälpmedel till våra patienter och brukare. En del i att säkerställa detta är att hjälpmedel regelbundet rengörs och funktionskontrolleras.

## Rengöring av hjälpmedel

Alla hjälpmedel ska hållas fria från smuts som kan försämra funktionen och säkerheten på hjälpmedlet. Otillräckligt rengjorda hjälpmedel och hjälpmedel som används mellan vårdtagare kan bidra till spridning av smitta. Det är därför viktigt att alla hjälpmedel rengörs kontinuerligt för att minimera säkerhetsrisker och vårdrelaterade infektioner.

Hjälpmedel ska rengöras med mildt rengöringsmedel och fuktig trasa och därefter torkas med ytdesinficerande medel. Det är särskilt viktigt att tagytor såsom handtag och armstöd rengörs noggrant och att inte missa undersidan av hjälpmedel. Textilier ska tvättas i lägst 60°C. Textilier som bedöms vara så förorenade att de inte blir rena eller inte tål tvättprocessen ska kasseras.

Det är i första hand brukarens ansvar att rengöring sköts på personligt förskrivna hjälpmedel. I de fall där brukaren har hjälp med "städ" av omsorgspersonal eller av andra skäl bedöms oförmögen att själv ansvara för rengöring av hjälpmedel så ansvarar istället omsorgspersonal för rengöring av hjälpmedel.

Hjälpmedel som används av flera personer ska rengöras mellan varje användare enligt anvisningar i [Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland \(motala.se\)](http://motala.se)

Rengöring av hjälpmedel ska ske 1 gång/månad eller oftare vid behov. Genomförd rengöring signeras på signeringslista (signeringslista sitter i röd HSL-pärm eller annan avtalad plats) och dokumenteras i Viva under sökord "Produkter och teknik". För personlig förskrivna hjälpmedel ansvarar legitimerad arbetsterapeut och fysioterapeut för att lämna ut signeringslista för rengöring och funktionskontroll, enhetschef för verksamheten ansvarar för att rengöring och funktionskontroll utförs enligt rutin. För grundutrustning och arbetstekniska hjälpmedel ansvarar enhetschef för att signeringslista för rengöring och funktionskontroll lämnas ut och utförs enligt rutin.

## Funktionskontroll

Funktionskontroller av hjälpmedel görs i förebyggande syfte för att tidigt identifiera fel och brister på hjälpmedlet. Funktionskontroll ska i första hand göras av brukaren själv men om denne är oförmögen på grund av fysiska eller kognitiva skäl så ska kontaktperson utföra funktionskontrollen.

Funktionskontroll av hjälpmedel ska ske varje månad eller oftare vid behov. Genomförd funktionskontroll signeras på signeringslista (signeringslista sitter i röd HSL-pärm eller annan avtalad plats) samt dokumenteras i Viva under sökord "Produkter och teknik". Kontroll gällande namnmärkning av lyftsele samt läsbarhet för etikett ska dessutom göras efter varje tvätt.

För att underlätta funktionskontroll så finns det i detta dokument specificerat för varje hjälpmedel vad som ska kontrolleras.



Motala kommun

## Om fel uppmärksammas?

- Hjälpmedel med identifierat fel ska tas ur bruk och tydligt märkas upp "Trasigt och felanmält, används ej /datum och namn".
- Alla identifierade fel på ett hjälpmedel ska dokumenteras i Viva. Dokumentera när det upptäcks samt vilka kontakter och åtgärder som vidtagits. Dokumentera också återkoppling från Sodexo och när en åtgärd är slutförd.
- Hjälpmedel med ett känt fel får inte fortsätta användas utan att legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut eller hjälpmedelstekniker från Sodexo gjort en bedömning av patientsäkerhet och eventuellt behov av utbyte eller ej.
- Vid fel på ett hjälpmedel som medfört vårdskada eller risk för vårdskada ska det skrivas en avvikelse (Enhetschef för verksamheten sätts som ansvarig och arbetsterapeut/fysioterapeut som medansvarig)



## Felanmälan och flytt av hjälpmedel

### Felanmälan

Om ett hjälpmedel inte fungerar eller är trasigt så ska det omedelbart felanmälas. Felanmälan görs antingen av patienten själv eller den omsorgspersonal som upptäcker felet.

- Enklare åtgärder såsom exempelvis trasig handkontroll kan ibland åtgärdas av hjälpmedelsombud, för mer omfattande fel så görs en felanmälan till Sodexo.
- För hjälpmedel som köpts in utanför Sodexos sortiment ansvarar enhetschef för att upprätta rutin för felanmälan och avhjälpande underhåll som efterlever MDR.

**Hjälpmedlet får inte fortsätta användas utan ska ställas undan och märkas upp!**

### Akuta reparationer

Sodexo genomför reparationer inom tre vardagar 08.00-16.30. Under lördagar, söndagar och helgdagar görs akuta reparationer 08.00-15.00. Akuta reparationer omfattar akuta basala behov (äta, sova och toalettbesök) som inte kan vänta till nästkommande vardag och som inte kan lösas på annat sätt. För akuta reparationer jourtid krävs att chef godkänner kostnaden. Om ordinarie enhetschef ej finns i tjänst så ska chef i beredskap kontaktas för godkännande av kostnad på 0141-225356.

- Felanmälan som ej är akut anmäls till [orderservice.hjsost.se@sodexo.com](mailto:orderservice.hjsost.se@sodexo.com) alt telefon 013-27 78 00
- Akuta reparationer beställs alltid via telefon 013-27 78 00

### Dokumentation

Alla identifierade fel på ett hjälpmedel ska dokumenteras i Viva. Dokumentera när felet upptäckes samt vilka kontakter och åtgärder som vidtagits. Hjälpmedel som felanmäls ska tas ut bruk och tydligt märkas upp med avsedd lapp. Hjälpmedel med ett känt fel får inte fortsätta användas utan att legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut eller hjälpmedelstekniker från Sodexo gjort en bedömning av patientsäkerhet och eventuellt behov av utbyte eller ej. Dokumentera också återkoppling från Sodexo och när felet är åtgärdat.

### Avvikelse

Vid fel på ett hjälpmedel som medfört vårdskada eller risk för vårdskada ska det skrivas en avvikelse i Viva. Enhetschef för verksamheten där hjälpmedlet finns placerat läggs som ansvarig och arbetsterapeut eller fysioterapeut som medansvarig. Enhetschef och arbetsterapeut/fysioterapeut anmäler vid behov händelsen till Sodexo för utredning av hjälpmedlet.

**Hjälpmedlet får inte fortsätta användas utan ska ställas undan och märkas upp.**

### Flytt av motorblock till taklyft

Lägg ett ärende till Sodexo via telefon 013-27 78 00 eller via mejl [orderservice.hjsost.se@sodexo.com](mailto:orderservice.hjsost.se@sodexo.com)

Sodexo bedömer om flytten kan utföras av fastighetsservice eller kräver särskilt certifierad hjälpmedelstekniker. Sodexo utför generell flytt av motorblock inom 3 arbetsdagar (mån-fre).

Fastighetsservice utför insatser utifrån daglig prioritering av ärenden. I väntan på flytt av motorblock så får verksamheten använda golvlyft för att tillgodose basala förflyttningar. Rådgör alltid med arbetsterapeut kring hur lyften ska användas samt utprovning av lämplig lyftsele.



### Flytt av säng

Om en enhet behöver hjälp att flytta en säng antingen mellan rum eller mellan enheter så läggs ärende till Sodexo via telefon 013-27 78 00 eller via mejl [orderservice.hjsost.se@sodexo.com](mailto:orderservice.hjsost.se@sodexo.com). Sodexo avgör om flytt ska utföras av hjälpmedelstekniker eller fastighetsservice, Sodexo lägger i så fall ett ärende i Weblord.

**Kom ihåg att inga hjälpmedel får flyttas mellan rum utan att detta meddelas till Sodexo, detta för att vi ska kunna hålla vårt MDR-register uppdaterat!**

### Kontaktuppgifter

#### Sodexo

Frågor kopplade till order och service hos Sodexo läggs till socialförvaltningens kontaktperson på Sodexo: Ameer Alshahir, 073-311 57 30 eller [Ameer.alshahir@sodexo.com](mailto:Ameer.alshahir@sodexo.com)

#### MAR (medicinskt ansvarig rehabilitering)

Frågor kopplad till patientsäkerhet, samverkan med fastighetsservice/Sodexo mm.  
Micaela Carlsson, 0141-22 59 26 eller [micaela.carlsson@motala.se](mailto:micaela.carlsson@motala.se)


#### Kommunrehab

Kommunrehab nås via funktionsbrevlåda i Viva eller på telefonnummer 0141-22 59 22. Om det inte är någon som svarar så går det bra att lämna ett meddelande.

### Felanmälan till Sodexo

013-27 78 00 eller [orderservice.hjsost.se@sodexo.com](mailto:orderservice.hjsost.se@sodexo.com).

## Flödesschema felanmälan av hjälpmedel



Sodexo genomför reparationer vardagar 08.00-16.30. Felanmälan hanteras normalt inom 3 vardagar.

**Akuta reparationer:** under lördagar, söndagar och helgdagar görs akuta reparationer 08.00-15.00. Akuta reparationer omfattar akuta basala behov (äta, sova och toalettbesök) som inte kan vänta till nästkommande vardag. För akuta reparationer jourtid krävs att felanmälan meddela Sodexo via telefon och att chef godkänner kostnaden. Om ordinarie enhetschef ej finns i tjänst så ska chef i beredskap kontaktas för godkännande av kostnad på 0141-225356.

# Trasigt hjälpmedel!

Det här hjälpmedlet är trasigt och får inte användas.

Nedanstående åtgärder har vidtagits:

- Felanmält till Sodexo
- Arbetsterapeut/fysioterapeut på kommunrehab kontaktad
- Kontakt med chef
- Avvikelse skriven
- Annat \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Av (namn): \_\_\_\_\_

# Hjälpmedlet väntar på utredning!

Det här hjälpmedlet har varit inblandad i incident och väntar på utredning.

Hjälpmedlet inte användas.

Nedanstående åtgärder har vidtagits:

- Felanmält till Sodexo
- Arbetsterapeut/fysioterapeut på kommunrehab kontaktad
- Kontakt med chef
- Avvikelse skriven
- Annat

Datum: \_\_\_\_\_

Av (namn): \_\_\_\_\_



## Funktionskontroll och rengöring av vårdbälte

### Beskrivning

Kontroll och rengöring av vårdbälte ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet, utöver den kontroll som görs innan varje användningstillfälle. Vårdbältet tvättas vid behov enligt tvättråd, *observera att varken sköljmedel eller torktumlare får användas!* För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

### Kontrollera:

- Band och sömmar - finns hål, revor, rispor, lösa trådar och annat slitage som medför tvivel om vårdbältets styrka?
- Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar eller färgförändringar?
- Etikett - är informationen läsbar?
- Att tillgängliga spännen är hela
- Att vårdbältet inte är smutsigt
- Gör belastningstest enligt bilderna nedan



Kontrollera säkerheten!



**Om vårdbältet på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas enhetschef för nytt inköp eller arbetsterapeut/fysioterapeut för ny förskrivning.**

**Vid frågor om skick och handhavande kontakta ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.**



## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring vårdbälte

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att tillgängliga spännen är hela <input type="checkbox"/> Att vårdbältet är tvättat <input type="checkbox"/> Belastningstest av handtag		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att tillgängliga spännen är hela <input type="checkbox"/> Att vårdbältet är tvättat <input type="checkbox"/> Belastningstest av handtag		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att tillgängliga spännen är hela <input type="checkbox"/> Att vårdbältet är tvättat <input type="checkbox"/> Belastningstest av handtag		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att tillgängliga spännen är hela <input type="checkbox"/> Att vårdbältet är tvättat <input type="checkbox"/> Belastningstest av handtag		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att tillgängliga spännen är hela <input type="checkbox"/> Att vårdbältet är tvättat <input type="checkbox"/> Belastningstest av handtag		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att tillgängliga spännen är hela <input type="checkbox"/> Att vårdbältet är tvättat <input type="checkbox"/> Belastningstest av handtag		



## Funktionskontroll och rengöring av lyftsele till akutlyft

### Beskrivning

Kontroll och rengöring av lyftsele ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet, utöver den kontroll som görs innan varje användningstillfälle. Lyftselen tvättas enligt tvättråd 1gång/månad efter varje användning, *observera att varken sköljmedel eller torktumlare får användas!* För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.


Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

### Kontrollera:

- Band och sömmar - finns hål, revor, rispor, lösa trådar och annat slitage som medför tvivel om lyftsels styrka?
- Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar eller färgförändringar?
- Lyftsels etikett - är informationen läsbar?
- Att selen är tydligt uppmärkt som "akutsele"
- Att tillgängliga spännen är hela
- Att lyftselen inte är smutsig
- Gör belastningstest enligt bilderna nedan.



Kontrollera säkerheten!



**Om lyftselen på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas enhetschef!**



## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring lyftsele till akutlyft

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt som "akutsele" <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt som "akutsele" <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransa? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt som "akutsele" <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt som "akutsele" <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt som "akutsele" <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt som "akutsele" <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		



## Funktionskontroll och rengöring av personligt förskrivet lyftsele

### Beskrivning

Kontroll och rengöring av lyftsele ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet, utöver den kontroll som görs innan varje användningstillfälle. Lyftselen tvättas minst 1 g/månad eller oftare vid behov enligt tvättråd, *observera att varken sköljmedel eller torktumlare får användas!* För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

### Kontrollera:

- Band och sömmar - finns hål, revor, rispor, lösa trådar och annat slitage som medför tvivel om lyftselens/vårdbältets styrka?
- Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar eller färgförändringar?
- Lyftselens etikett - är informationen läsbar?
- Att selen är tydligt namnmärkt.
- Att lyftselen inte är smutsig.
- Gör belastningstest enligt bilderna nedan.



Kontrollera säkerheten!



**Om lyftselen på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig arbetsterapeut!**

## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring

### - personligt förskrivnen lyftsele



Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt som namn <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt med namn <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt med namn <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt med namn <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt med namn <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		
	<input type="checkbox"/> Band och sömmar - finns hål, lösa trådar och annat slitage? <input type="checkbox"/> Tyg – finns slitage, hål, revor, lösa trådar, fransar? <input type="checkbox"/> Lyftselens etikett - är informationen läsbar? <input type="checkbox"/> Att selen är tydligt uppmärkt med namn <input type="checkbox"/> Att lyftselen är tvättad <input type="checkbox"/> Gör belastningstest enligt bilderna nedan.		



## Funktionskontroll och rengöring av överflyttningsplattform

### **Beskrivning**

Kontroll och rengöring av överflyttningsplattform ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet. Lättare rengöring av hjälpmedlet görs vid behov och grundlig rengöring utförs i samband med kontroll enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

### **Kontrollera:**

- Torka av med fuktig trasa på samtliga ytor samt rengör med desinficerande medel.
- Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts
- Kontrollera att bromsarna fungerar
- Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna
- Kontrollera att överflyttningsplattformen är hel och inte har några skador

**Om överflyttningsplattformen på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas Sodexo för felanmälan!**



## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring överflyttningssplattform

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Torka av med fuktig trasa på samtliga ytor samt rengör med desinficerande medel <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att överflyttningssplattformen är hel och inte har några skador		
	<input type="checkbox"/> Torka av med fuktig trasa på samtliga ytor samt rengör med desinficerande medel <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att överflyttningssplattformen är hel och inte har några skador		
	<input type="checkbox"/> Torka av med fuktig trasa på samtliga ytor samt rengör med desinficerande medel <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att överflyttningssplattformen är hel och inte har några skador		
	<input type="checkbox"/> Torka av med fuktig trasa på samtliga ytor samt rengör med desinficerande medel <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att överflyttningssplattformen är hel och inte har några skador		
	<input type="checkbox"/> Torka av med fuktig trasa på samtliga ytor samt rengör med desinficerande medel <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att överflyttningssplattformen är hel och inte har några skador		
	<input type="checkbox"/> Torka av med fuktig trasa på samtliga ytor samt rengör med desinficerande medel <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att överflyttningssplattformen är hel och inte har några skador		



## Funktionskontroll och rengöring av luftfylld antidecubitus (AD)madrass

### Beskrivning

Luftfylld AD-madrass ska kontrolleras manuellt före användande för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet.

Rengöring av hjälpmedlet görs vid behov samt i samband med kontroll minst 1 gång/månad enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.


Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

### Utför och kontrollera att:

- Slangarna sitter i ordentligt
- El-sladden inte är skadad eller i kläm
- Madrassen ligger åt rätt håll
- Lufttrycket är rätt, utför manuell kontroll (se nedan)
- Madrassen är hel och ren
- Rengör enligt bruksanvisningen

### Manuell kontroll av lyfttryck

För in handen under madrassen när individen ligger ner. Om du kan känna att patientens kropp vilar på din hand justerar du tryckkontrollen till en högre inställning. Vänta 10 minuter och upprepa den manuella kontrollen. Vid behov av justering följ bruksanvisning och kontakta ansvarig förskrivare.



**Om madrassen på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig arbetsterapeut.**

## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring luftfylld madrass

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Slangarna sitter i ordentligt <input type="checkbox"/> El-sladden inte är skadad eller i kläm <input type="checkbox"/> Madrassen ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Madrassen är hel <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen <input type="checkbox"/> Manuell kontroll av lufttryck		
	<input type="checkbox"/> Slangarna sitter i ordentligt <input type="checkbox"/> El-sladden inte är skadad eller i kläm <input type="checkbox"/> Madrassen ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Madrassen är hel <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen <input type="checkbox"/> Manuell kontroll av lufttryck		
	<input type="checkbox"/> Slangarna sitter i ordentligt <input type="checkbox"/> El-sladden inte är skadad eller i kläm <input type="checkbox"/> Madrassen ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Madrassen är hel <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen <input type="checkbox"/> Manuell kontroll av lufttryck		
	<input type="checkbox"/> Slangarna sitter i ordentligt <input type="checkbox"/> El-sladden inte är skadad eller i kläm <input type="checkbox"/> Madrassen ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Madrassen är hel <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen <input type="checkbox"/> Manuell kontroll av lufttryck		
	<input type="checkbox"/> Slangarna sitter i ordentligt <input type="checkbox"/> El-sladden inte är skadad eller i kläm <input type="checkbox"/> Madrassen ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Madrassen är hel <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen <input type="checkbox"/> Manuell kontroll av lufttryck		
	<input type="checkbox"/> Slangarna sitter i ordentligt <input type="checkbox"/> El-sladden inte är skadad eller i kläm <input type="checkbox"/> Madrassen ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Madrassen är hel <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen <input type="checkbox"/> Manuell kontroll av lufttryck		



## Funktionskontroll och rengöring av luftfylld dyna

### Beskrivning

Luftfylld sittdyna ska kontrolleras manuellt före användande för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet.

Rengöring av hjälpmedlet görs vid behov samt i samband med kontroll minst 1 gång/månad enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.


Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

### Utför och kontrollera att:

- Dynan ligger åt rätt håll
- Lufttrycket är rätt, utför manuell kontroll (se nedan)
- Dynan är hel och ren
- Rengör enligt bruksanvisningen

### Manuell kontroll av lufttryck

För in handen under dynan när individen sitter. Om det finns luft mellan individen och din hand, ca 2 cm, behövs ingen justering. Justering utförs enligt bruksanvisning. Vid behov av justering följ bruksanvisning och kontakta ansvarig förskrivare.



**Om madrassen/dynan på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig arbetsterapeut.**



## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring luftfylld dyna

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Dynan ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Lufttrycket är rätt, utför manuell kontroll (se nedan) <input type="checkbox"/> Dynan är hel och ren <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen		
	<input type="checkbox"/> Dynan ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Lufttrycket är rätt, utför manuell kontroll (se nedan) <input type="checkbox"/> Dynan är hel och ren <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen		
	<input type="checkbox"/> Dynan ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Lufttrycket är rätt, utför manuell kontroll (se nedan) <input type="checkbox"/> Dynan är hel och ren <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen		
	<input type="checkbox"/> Dynan ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Lufttrycket är rätt, utför manuell kontroll (se nedan) <input type="checkbox"/> Dynan är hel och ren <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen		
	<input type="checkbox"/> Dynan ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Lufttrycket är rätt, utför manuell kontroll (se nedan) <input type="checkbox"/> Dynan är hel och ren <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen		
	<input type="checkbox"/> Dynan ligger åt rätt håll <input type="checkbox"/> Lufttrycket är rätt, utför manuell kontroll (se nedan) <input type="checkbox"/> Dynan är hel och ren <input type="checkbox"/> Rengör enligt bruksanvisningen		



## Funktionskontroll och rengöring av skummadrass till vårdsäng

### Beskrivning

Lättare rengöring av hjälpmedlet görs vid behov samt i samband med kontroll minst 1 gång/månad enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

### Utför och kontrollera att:

- Kontrollera att madrassöverdrag är helt. Även små hål och rispor ska rapporteras då vätska kan tränga ned i madrassen
- Torka av madrassöverdraget med ytdesinfektion
- Kontrollera att madrassen är jämn och har samma spänst och tryckavlastande förmåga över ytan

**Om madrassen på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig enhetschef**



## Signeringslista för madrass

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassöverdrag är helt. Även små hål och rispor ska rapporteras då vätska kan tränga ned i madrassen <input type="checkbox"/> Torka av madrassöverdraget med ytdesinfektion <input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassen är jämn och har samma spänst och tryckavlastande förmåga över ytan		
	<input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassöverdrag är helt. Även små hål och rispor ska rapporteras då vätska kan tränga ned i madrassen <input type="checkbox"/> Torka av madrassöverdraget med ytdesinfektion <input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassen är jämn och har samma spänst och tryckavlastande förmåga över ytan		
	<input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassöverdrag är helt. Även små hål och rispor ska rapporteras då vätska kan tränga ned i madrassen <input type="checkbox"/> Torka av madrassöverdraget med ytdesinfektion <input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassen är jämn och har samma spänst och tryckavlastande förmåga över ytan		
	<input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassöverdrag är helt. Även små hål och rispor ska rapporteras då vätska kan tränga ned i madrassen <input type="checkbox"/> Torka av madrassöverdraget med ytdesinfektion <input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassen är jämn och har samma spänst och tryckavlastande förmåga över ytan		
	<input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassöverdrag är helt. Även små hål och rispor ska rapporteras då vätska kan tränga ned i madrassen <input type="checkbox"/> Torka av madrassöverdraget med ytdesinfektion <input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassen är jämn och har samma spänst och tryckavlastande förmåga över ytan		
	<input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassöverdrag är helt. Även små hål och rispor ska rapporteras då vätska kan tränga ned i madrassen <input type="checkbox"/> Torka av madrassöverdraget med ytdesinfektion <input type="checkbox"/> Kontrollera att madrassen är jämn och har samma spänst och tryckavlastande förmåga över ytan		



## Funktionskontroll och rengöring av mobil hygienstol

### Beskrivning

Kontroll av mobil hygienstol ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet. Rengöring av hjälpmedlet görs vid behov och grundlig rengöring utförs i samband med kontroll enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

- Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet
- Desinficera med desinfektionssprit
- Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts
- Kontrollera att hjulen roterar och rullar lätt
- Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna eller spruckna
- Kontrollera att bromsarna fungerar
- Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna
- Kontrollera att det inte finns några sprickor
- Kontrollera att körhandtag, armstöd, sittdel och ryggdel sitter fast
- Kontrollera att tippfunktion fungerar och låser sig i önskat läge (gäller tippbar hygienstol)

**Om mobil hygienstol på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig enhetschef!**



## Signeringslista för mobil hygienstol

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtag, armstöd, sittdel och ryggdel sitter fast		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtag, armstöd, sittdel och ryggdel sitter fast		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtag, armstöd, sittdel och ryggdel sitter fast		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtag, armstöd, sittdel och ryggdel sitter fast		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtag, armstöd, sittdel och ryggdel sitter fast		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtag, armstöd, sittdel och ryggdel sitter fast		



## Funktionskontroll och rengöring av duschstol/duschpall

### Beskrivning

Kontroll av mobil hygienstol ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet. Rengöring av hjälpmedlet görs vid behov och grundlig rengöring utförs i samband med kontroll enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

- Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet
- Desinficera med desinfektionssprit
- Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts
- Kontrollera att hjulen roterar och rullar lätt
- Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna eller spruckna
- Kontrollera att bromsarna fungerar
- Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna
- Kontrollera att det inte finns några sprickor
- Kontrollera att körhandtag, armstöd, sittdel och ryggdel sitter fast
- Kontrollera att tippfunktion fungerar och låser sig i önskat läge (gäller tippbar hygienstol)

**Om mobil hygienstol på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig enhetschef!**



## Signeringslista för duschstol/duschpall

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet. Desinficera med desinfektionssprit <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna		



## Funktionskontroll och rengöring av duschbrits

### Beskrivning

Kontroll av duschbrits ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet. Rengöring av hjälpmedlet görs vid behov och grundlig rengöring utförs i samband med kontroll enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

- Rengör med vanligt rengöringsmedel, skölj och torka. Glöm ej undersidan av hjälpmedlet
- Desinficera med desinfektionssprit
- Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts
- Kontrollera att hjulen roterar och rullar lätt
- Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna eller spruckna
- Kontrollera att bromsarna fungerar
- Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna
- Kontrollera att det inte finns några sprickor
- Kontrollera att sidogrindarna kan obehindrat fällas upp och ner
- Kontrollera att sidogrindarnas fästen är hela

**Om mobil duschbrits på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig enhetschef!**



## Signeringslista för duschbrits

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att sidogrindarnas fästen är hela		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att sidogrindarnas fästen är hela		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att sidogrindarnas fästen är hela		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att sidogrindarnas fästen är hela.		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna Kontrollera att sidogrindarnas fästen är hela		
	<input type="checkbox"/> Rengör med vanligt rengöringsmedel. Desinficera med desinfektionssprit. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och att hjulen roterar och rullar. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen sitter fast och inte är utslitna/spruckna <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att sidogrindarnas fästen är hela		



## Funktionskontroll och rengöring av rullstol

### Beskrivning

Lättare daglig rengöring av hjälpmedlet rekommenderas:

- Lyft på dynan ta bort ev. smuts
- Kontroller att dynan ligger rättvänd inuti fodralet och i rullstolen.

Kontroll och grundlig rengöring av rullstol ska utföras minst 1 gång/månad enligt nedanstående checklista för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring, se bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

- Borsta bort löst smuts och se särskilt till att det inte sitter hår eller damm vid dom små länkhjulen
- Torka av ramen med fuktig trasa
- Rengör klädsel på rullstolen: vinyl kan rengöras med mildt rengöringsmedel och vatten. Plysch borstas ren och tvättas vid behov med möbeltvätt eller i tvättmaskin.
- Kontrollera att däcken är välpumpade (vid luftfyllda däck)
- Kontrollera att avtagbara hjul sitter fast och att ekrar och drivringar är hela
- Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts
- Kontrollera att bromsarna fungerar
- Kontrollera att tippskydden är utdragna/nedfällda
- Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna
- Kontrollera att körhandtagen sitter fast
- Kontrollera att klädseln och dynan är hel och ren, fri från hål och revor
- Kontrollera att rullstolen är ren under dynan
- Kontrollera att dynan är rätt placerad inuti fodralet samt i rullstolen
- Kontrollera att dynan inte glider på underlaget
- Kontrollera att tippning av rygg och hela sitsen fungerar (gäller komfortrullstol)

**Om rullstolen på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig arbetsterapeut!**



## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring rullstol

Datum	Vad ska kontrolleras? Markera med X om det är kontrollerat utan anmärkning	Ev.anmärkning	Signatur
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att klädseln och dynan är hel, ren och lägger åt rätt håll</li> <li><input type="checkbox"/> Torka av ramen med fuktig trasa</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att däcken är välpumpade (vid luftfyllda däck)</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att avtagbara hjul sitter fast och att ekrar och drivringar är hela</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att tippskydden är utdragna/nedfällda</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att körhandtagen sitter fast</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att klädseln och dynan är hel, ren och lägger åt rätt håll</li> <li><input type="checkbox"/> Torka av ramen med fuktig trasa</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att däcken är välpumpade (vid luftfyllda däck)</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att avtagbara hjul sitter fast och att ekrar och drivringar är hela</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att tippskydden är utdragna/nedfällda</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att körhandtagen sitter fast</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att klädseln och dynan är hel, ren och lägger åt rätt håll</li> <li><input type="checkbox"/> Torka av ramen med fuktig trasa</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att däcken är välpumpade (vid luftfyllda däck)</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att avtagbara hjul sitter fast och att ekrar och drivringar är hela</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att tippskydden är utdragna/nedfällda</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att körhandtagen sitter fast</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att klädseln och dynan är hel, ren och lägger åt rätt håll</li> <li><input type="checkbox"/> Torka av ramen med fuktig trasa</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att däcken är välpumpade (vid luftfyllda däck)</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att avtagbara hjul sitter fast och att ekrar och drivringar är hela</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att tippskydden är utdragna/nedfällda</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att körhandtagen sitter fast</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att klädseln och dynan är hel, ren och läggs åt rätt håll</li> <li><input type="checkbox"/> Torka av ramen med fuktig trasa</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att däcken är välpumpade (vid luftfyllda däck)</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att avtagbara hjul sitter fast och att ekrar och drivringar är hela</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att tippskydden är utdragna/nedfällda</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att körhandtagen sitter fast</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att klädseln och dynan är hel, ren och läggs åt rätt håll</li> <li><input type="checkbox"/> Torka av ramen med fuktig trasa</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att däcken är välpumpade (vid luftfyllda däck)</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att avtagbara hjul sitter fast och att ekrar och drivringar är hela</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att tippskydden är utdragna/nedfällda</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att körhandtagen sitter fast</li> </ul>		



## Funktionskontroll och rengöring av rollator

### **Beskrivning**

Kontroll av rollator ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet. Lättare rengöring av hjälpmedlet görs vid behov och grundlig rengöring utförs i samband med kontroll enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

- Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa
- Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts
- Kontrollera att bromsarna fungerar
- Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna
- Kontrollera att hjulen inte är utslitna eller spruckna.
- Kontrollera att sittytan är hel och stabil
- Kontrollera att inga sprickor finns
- Kontrollera att körhandtagen sitter fast
- Kontrollera att tillgängliga tillbehör fungerar och är hela

**Om rollatorn på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig fysioterapeut!**



## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring rollator

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte är utslitna eller spruckna. <input type="checkbox"/> Kontrollera att sittytan är hel och stabil		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte är utslitna eller spruckna. <input type="checkbox"/> Kontrollera att sittytan är hel och stabil		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte är utslitna eller spruckna. <input type="checkbox"/> Kontrollera att sittytan är hel och stabil		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte är utslitna eller spruckna. <input type="checkbox"/> Kontrollera att sittytan är hel och stabil		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte är utslitna eller spruckna. <input type="checkbox"/> Kontrollera att sittytan är hel och stabil		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte är utslitna eller spruckna. <input type="checkbox"/> Kontrollera att sittytan är hel och stabil		



## Funktionskontroll och rengöring av gåbord

### Beskrivning

Kontroll av gåbord ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet. Rengöring av hjälpmedlet görs vid behov och grundlig rengöring utförs i samband med kontroll enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

- Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa
- Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts
- Kontrollera att hjulen inte har skador och att dom rullar lätt
- Kontrollera att bromsarna fungerar
- Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna
- Kontrollera att inga sprickor finns
- Kontrollera att handtagen sitter fast och är hela
- Kontrollera att gåbordet inte skramlar vid användande
- Kontrollera att gåbordet är plant och alla 4 hjul är i kontakt med golvet
- Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar (gäller elektriskt eller hydrauliskt gåbord)
- Kontrollera att tillgängliga tillbehör fungerar och är hela

**Om gåbordet på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig fysioterapeut!**

## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring gåbord

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte har skador och att dom rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att inga sprickor finns <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtagen sitter fast och är hela <input type="checkbox"/> Kontrollera att gåbordet är plant och alla 4 hjul är i kontakt med golvet <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte har skador och att dom rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att inga sprickor finns <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtagen sitter fast och är hela <input type="checkbox"/> Kontrollera att gåbordet är plant och alla 4 hjul är i kontakt med golvet <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte har skador och att dom rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att inga sprickor finns <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtagen sitter fast och är hela <input type="checkbox"/> Kontrollera att gåbordet är plant och alla 4 hjul är i kontakt med golvet <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte har skador och att dom rullar lätt <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att inga sprickor finns <input type="checkbox"/> Kontrollera att handtagen sitter fast och är hela <input type="checkbox"/> Kontrollera att gåbordet är plant och alla 4 hjul är i kontakt med golvet <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar		

	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte har skador och att dom rullar lätt</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att inga sprickor finns</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att handtagen sitter fast och är hela</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att gåbordet är plant och alla 4 hjul är i kontakt med golvet</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulen inte har skador och att dom rullar lätt</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsarna fungerar</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att muttrar och skruvar är åtdragna</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att inga sprickor finns</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att handtagen sitter fast och är hela</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att gåbordet är plant och alla 4 hjul är i kontakt med golvet</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar</li> </ul>		



## Kontroll och rengöring av arbetsstol


### Beskrivning

Kontroll av arbetsstol ska göras minst 1 gång/månad för att säkerställa hjälpmedlets funktion och säkerhet. Lättare rengöring av hjälpmedlet görs vid behov och grundlig rengöring utförs i samband med kontroll enligt nedanstående punktlista. Vid förorening med kroppsvätska ska hela hjälpmedlet torkas med ytdesinfektion. För utförligare beskrivning av skötsel och rengöring läs bruksanvisningen.

Kontroll och rengöring genomförs av omsorgspersonal och dokumenteras med datum och signatur på medföljande signeringslista samt i journal.

- Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa
- Kontrollera att elektronisk stol laddar och att alla sladdar är hela, rengör med torr trasa.
- Kontrollera att dynan och armstöden är hela och rena, torkas med fuktig trasa
- Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts
- Kontrollera att bromsen fungerar
- Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna
- Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar

**Om arbetsstolen på något sätt inte uppfyller kriterierna kontaktas ansvarig arbetsterapeut!**



## Signeringslista för funktionskontroll och rengöring arbetsstol

Datum	Vad ska kontrolleras?	Ev. anmärkning	Signatur
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att dynan och armstöden är hela och rena. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsen fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungera		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att dynan och armstöden är hela och rena. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsen fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungera		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att dynan och armstöden är hela och rena. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsen fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungera		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att dynan och armstöden är hela och rena. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsen fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungera		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att dynan och armstöden är hela och rena. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsen fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungera		
	<input type="checkbox"/> Borsta bort löst smuts, torka av med fuktig trasa <input type="checkbox"/> Kontrollera att dynan och armstöden är hela och rena. <input type="checkbox"/> Kontrollera att hjulens nav är fria från damm, hår och annan smuts <input type="checkbox"/> Kontrollera att bromsen fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna <input type="checkbox"/> Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungera		